



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 SUBOTICA
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 lok.19 fax: 024/571-074



ATC
01-054

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana: 1/2

Datum izdavanja izveštaja: 15.6.2021.

Evidencioni broj izveštaja: AB2421

IZVEŠTAJ O AEROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU

Podaci o korisniku:	GRAD SUBOTICA, Gradska uprava Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Trg slobode br. 1, 24000 Subotica
Ispitivanje se vrši na osnovu ugovora:	Ugovor br. IV-404-174/2020 od 01.07.2020.
Merno mesto:	Krov Zavoda za javno zdravlje Subotica
Oprema za uzimanje uzoraka:	Aparat za sedmodnevno uzorkovanje polena i spora iz vazduha, tip Burkard
Vrsta uzorka:	Ambijentalni vazduh
Oznaka metode za uzorkovanje i ispitivanje:	Dokumentovana metoda ispitivanja: DM 86 Određivanje aeroalergenog polena
Oznaka zapisnika o uzimanju uzoraka:	AB24/1 i AB24/2
Datum uzimanja uzorka:	11. i 14.6.2021.
Uzorak uzeo:	Tatjana Škorić, diplomirani biolog

Izveštaj odobrava Spec. dr med. Sanja Darvaš

Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 SUBOTICA
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjs.org.rs, e-mail: higijena@zjs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 lok.19 fax: 024/571-074



ATC
01-054

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Datum izdavanja izveštaja: 15.6.2021.

Strana: 2/2
Evidencioni broj izveštaja: AB2421

REZULTATI AEROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA:

Oznaka uzorka:		AB070621	AB080621	AB090621	AB100621	AB110621	AB120621	AB1306521	Prognoza za iduću sedmicu:
Datum završetka ispitivanja uzorka:		11.6.2021.	11.6.2021.	14.6.2021.	14.6.2021.	14.6.2021.	14.6.2021.	15.6.2021.	
Producenti polena:	Alergena svojstva: Dan:	Broj polenovih zrna u m ³ vazduha sa prikazom polenskog semafora za dan:							
		7.6.2021.	8.6.2021.	9.6.2021.	10.6.2021.	11.6.2021.	12.6.2021.	13.6.2021.	
JAVOR	slaba/ umerena	0	1	0	0	0	0	0	
JOVA		0	0	0	0	0	0	1	
BREZA	veoma jaka	1	0	0	0	0	0	1	
KONOPLJA,HMEL J	slaba	6	5	10	4	3	2	4	umerene konc.
ČEMPRESI/KLEKE	umerena	0	0	0	2	0	1	0	
JASEN	umerena	1	0	0	1	0	0	0	
ORAH	slaba/ umerena	0	0	0	0	0	0	2	
DUDOVAC	nedovoljno proučena	10	19	14	4	2	3	2	niske konc.
ČETINARI	slaba	54	122	148	65	38	37	35	umerene konc.
BOKVICA	slaba/ umerena	0	3	6	2	1	1	2	niske konc.
TRAVE	veoma jaka	34	81	80	58	30	53	101	visoke konc.
HRAST	umerena	1	4	4	1	1	0	5	
KISELICE	umreno/jako	1	6	4	4	1	2	3	niske konc.
LIPA	slaba	0	0	1	1	0	0	7	niske konc.
KOPRIVE	slaba	53	37	60	58	36	77	45	visoke konc.

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Napomena: /

LEGENDA	Opseg koncentracija za:		
	trave/drveće/korov	ambrozija	
	0	0	polen nije registrovan u atmosferi
	1 do 60 pz/m ³	1 do 30 pz/m ³	koncentracije polena koje kod izuzetno osetljivih osoba mogu izazvati alergijske reakcije
	61 do 100 pz/m ³	31 do 100 pz/m ³	koncentracije polena koje kod većine alergičnih osoba izazivaju alergijske reakcije
> 100 pz/m ³	> 100 pz/m ³	koncentracije polena koje mogu izazvati veoma jake alergijske reakcije	

Ispitivanja obavila: Tatjana Škorić, dipl. biolog

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

Obrazac broj: C04-U01-O/03 Ovaj dokument je vlasništvo Zavoda za javno zdravlje Subotica